

REINIGUNG UND **DESINFEKTION** VON ZAHNÄRZTLICHEN ABSAUGANLAGEN

DENTASEPT Aspiration AF+

REINIGUNG UND DESINFEKTION VON ABSAUGSYSTEMEN

Ein leistungsstarkes, flüssiges Konzentrat für die tägliche Reinigung und Desinfektion aller Arten von Absauganlagen, Amalgam Abscheidern sowie Speischalen.

- Schaumarm
- Sehr wirtschaftliche 2%ige Einsatzkonzentration - 5 Liter ergeben 250 Liter Anwendungslösung.
- Wirksam nach 15 Minuten - wirksam gegen alle behüllten Viren



CH REP **ECOLAB (SCHWEIZ) GmbH**
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Switzerland

LABORATOIRES ANIOS
An Ecolab Company

www.anios.com

DENTASEPT Aspiration AF+


Reinigung und desinfektion von absaugsystemen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Klare violette Flüssigkeit
- Dichte bei 20°C: 1,062
- pH Wert bei 20°C im Konzentrat: 10,7
- pH Wert in 2%iger Anwendungslösung: 10,9

GEBRAUCHSANWEISUNG


5-l-Verpackung: Entlüften Sie die zugehörige Pumpe vor dem ersten Gebrauch. Bereiten Sie am Ende des Tages 2 Liter verdünnte Lösung mit dem Dentasept ASP-System vor.




Auf 2% verdünnen (40 ml für 2 Liter Wasser).



Schütteln Sie das Dentasept ASP System vorsichtig, um die Lösung zu mischen.



Befestigen Sie das Dentasept ASP System am Saugsystem und saugen Sie die verdünnte Lösung an. Um die Wirksamkeit zu erreichen, sind mindestens 15 Minuten erforderlich. Die Lösung kann über Nacht im System belassen werden.



Um die Behandlung abzuschließen, füllen Sie das Dentasept ASP System mit mindestens 1 Liter sauberem Wasser und saugen Sie es an, um das System zu spülen.

Wechseln Sie die verdünnte Lösung mindestens einmal täglich. Jede längere Exposition bei hoher Temperatur (über 35°C) kann eine Farbveränderung bewirken, die jedoch keinen Einfluss auf die antimikrobiellen Eigenschaften hat.

MIKROBIOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

WIRKSAMKEIT/METHODE	KONZENTRATION	EINWIRKZEIT
Bakterizid* gemäß EN 13727/EN 14561	1%	15 min
Levurozid* gemäß EN 13624/EN 14562	1%	15 min
Tuberkulozid* gemäß EN 14348/EN 14563	1,6%	60 min
Aktiv gegen behüllte Viren* gemäß EN 14476/EN 17111	2%	15 min

*=hohe Belastung

BESTELLINFORMATIONEN

PRODUKT	VERPACKUNGSEINHEIT	ARTIKELNUMMER
Dentasept Aspiration AF+	1 x 5 Liter Kansiter mit 20 ml Pumpe	3127740

ANWENDUNGSBEREICH

Reinigung und Desinfektion von Absaugleitungen im zahnärztlichen Bereich. Kompatibel mit verschiedenen Absaugsystemen. Keine Schaumentwicklung.

GEBRAUCHSANWEISUNG

5-l-Verpackung: Entlüften Sie die zugehörige Pumpe vor dem ersten Gebrauch. Bereiten Sie am Ende des Tages 2 Liter verdünnte Lösung mit dem Dentasept ASP-System vor.

1. Auf 2% verdünnen (40 ml für 2 Liter Wasser).
2. Schütteln Sie das Dentasept ASP System vorsichtig, um die Lösung zu mischen.
3. Befestigen Sie das Dentasept ASP System am Saugsystem und saugen Sie die verdünnte Lösung an. Um die Wirksamkeit zu erreichen, sind mindestens 15 Minuten erforderlich. Die Lösung kann über Nacht im System belassen werden.
4. Um die Behandlung abzuschließen, füllen Sie das Dentasept ASP System mit mindestens 1 Liter sauberem Wasser und saugen Sie es an, um das System zu spülen.

Wechseln Sie die verdünnte Lösung mindestens einmal täglich. Jede längere Exposition bei hoher Temperatur (über 35°C) kann eine Farbveränderung bewirken, die jedoch keinen Einfluss auf die antimikrobiellen Eigenschaften hat.

INHALTSSTOFFE

N-(3-Aminopropyl)-N-Dodecylpropan-1,3-Diamin, Tenside, Komplexbildner, Farbstoff und Hilfsstoffe.

LAGERUNG


Lagerung: zwischen +5°C und +25°C.

GUTACHTEN

Medizinprodukt. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachten zur Verfügung.

SICHERE VERWENDUNG VON MEDIZINPRODUKTEN

Lesen Sie die Hinweise und Informationen auf Etiketten und Produktdatenblatt.



NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

CE 0459

D.M.D.
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Vertrieb durch:

ECOLAB (SCHWEIZ) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Switzerland

LABORATOIRES ANIOS
An Ecolab Company

www.anios.com

© 2025 Ecolab. All rights reserved. HC-DTL-A.DA.AF-5001-1-CH.DE-0925 2536EXD3

10493