

NETTOYAGE ET **DÉSINFECTION** DES SYSTÈMES D'ASPIRATION DENTAIRES

DENTASEPT Aspiration AF+

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES CIRCUITS D'ASPIRATION EN MILIEU DENTAIRE

Un concentré liquide haute performance conçu pour le nettoyage et la désinfection au quotidien de tous types de systèmes d'aspiration, séparateurs d'amalgame et crachoirs.

- Non-moussant
- Dilution très économique à 2% : 5 L de concentré = 250 L de solution prête à l'emploi
- Efficace dès 15 minutes – actif sur les virus enveloppés



CH REP **ECOLAB (SCHWEIZ) GmbH**
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Switzerland

LABORATOIRES ANIOS
An Ecolab Company

www.anios.com

DENTAIRE

DENTASEPT Aspiration AF+


Nettoyage et désinfection des circuits d'aspiration en milieu dentaire

DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES

- Liquide limpide violet
- Densité : 1,062 à 20°C
- pH du produit pur à 20°C : 10,7
- pH du produit dilué à 2% : 10,9

MODE D'EMPLOI


Conditionnement 5 L : Amorcez la pompe associée avant la première utilisation. À la fin de la journée, préparer 2 litres de solution diluée à l'aide du Dentasept ASP System.




Diluer à 2% (40 ml pour 2 litres d'eau).



Secouer délicatement le Dentasept ASP System pour mélanger la solution.



Fixer le Dentasept ASP System au système d'aspiration et aspirer la solution diluée. Pour atteindre l'efficacité, 15 minutes minimum sont nécessaires. La solution peut être laissée dans le système pendant la nuit.



Pour compléter le traitement, remplir le Dentasept ASP System avec 1 litre d'eau propre minimum et l'aspirer pour rincer le système d'aspiration.

Remplacez la solution diluée au moins une fois par jour. Toute exposition prolongée à température élevée (> 35°C) peut entraîner une modification de la couleur sans altération des performances antimicrobiennes.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

ACTIVITE/CONDITIONS	CONCENTRATION	TEMPS DE CONTACT
Bactéricide* - Selon EN 13727/EN 14561	1%	15 min
Levuricide* - Selon EN 13624/EN 14562	1%	15 min
Tuberculocide* - Selon EN 14348/EN 14563	1,6%	60 min
Actif sur les virus enveloppés* Selon EN 14476/EN 17111	2%	15 min

*=conditions de saleté

INFORMATION

PRODUIT	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Dentasept Aspiration AF+	1 bidon de 5 L + pompe 20 ml	3127740

INDICATIONS

Nettoyage et désinfection des circuits d'aspiration en milieu dentaire. Compatible avec les différents systèmes d'aspiration. Ne produit pas de mousse.

MODE D'EMPLOI

Conditionnement 5 L : Amorcez la pompe associée avant la première utilisation. À la fin de la journée, préparer 2 litres de solution diluée à l'aide du Dentasept ASP System.

1. Diluer à 2% (40 ml pour 2 litres d'eau).
2. Secouer délicatement le Dentasept ASP System pour mélanger la solution.
3. Fixer le Dentasept ASP System au système d'aspiration et aspirer la solution diluée. Pour atteindre l'efficacité, 15 minutes minimum sont nécessaires. La solution peut être laissée dans le système pendant la nuit.
4. Pour compléter le traitement, remplir le Dentasept ASP System avec 1 litre d'eau propre minimum et l'aspirer pour rincer le système d'aspiration.

Remplacez la solution diluée au moins une fois par jour. Toute exposition prolongée à température élevée (> 35°C) peut entraîner une modification de la couleur sans altération des performances antimicrobiennes.

COMPOSITION

N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1, 3-diamine, tensioactifs, agent séquestrant, colorant et excipients.

CONDITIONS DE STOCKAGE


Dangereux - respectez les précautions d'emploi (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Stockage : entre +5°C et +25°C.

CERTIFICATS

Dispositif médical. L'ensemble des activités antimicrobiennes de Dentasept Aspiration AF+ est inclus dans le dossier scientifique, disponible sur demande.

POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SECURITE DES DISPOSITIFS MEDICAUX

Merci de consulter l'étiquette et les informations du produit.



USAGE RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS.

D.M.D.
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distribué par :
ECOLAB (SCHWEIZ) GMBH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Switzerland

LABORATOIRES ANIOS
An Ecolab Company

www.anios.com

© 2025 Ecolab. All rights reserved. HC-DTL-A.DA.AF-5001-1-CHFR-0925 2536EXD3

9931