Sekusept™ Pure Clean



Manuelle reinigung von medizinprodukten inklusive flexibler endoskope

Die Reinigung von medizinischen Instrumenten und Endoskopen ist eine Grundvoraussetzung für eine wirksame Desinfektion.

Die sorgfältig ausgewählte Kombination der Inhaltsstoffe sorgt für eine hervorragende Reinigungsleistung für alle Arten von medizinischen Instrumenten, einschließlich flexibler Endoskope.

Sekusept Pure Clean ist:

- Schnell wirksam
- Gründlich in der Reinigung
- Wirtschaftlich durch geringe Anwendungskonzentration



ECOLAB®
PROTECTING WHAT'S VITAL™

Sekusept™ Pure Clean

Manuelle reinigung von medizinprodukten inklusive flexibler endoskope

Effektiv

Sekusept Pure Clean bietet eine hohe Reinigungsleistung bei ausgezeichneter Materialverträglichkeit und ist besonders wirksam gegenüber den im medizinischen Bereich typischen Verunreinigungen.

Praktisch

Dank der hellblauen Farbe von Sekusept Pure Clean ist der Auftrag des Produkts gut sichtbar. Die schaumarme Formel ermöglicht zudem gute Sichtbarkeit bei der Anwendung und lässt sich nach der Reinigung leicht abspülen.

Wirtschaftlich

Sekusept PureClean kann bei niedriger Konzentration von 0,3% (3 mL/L) bis 1% (10 mL/L) 5 min. eingesetzt werden. So kann der Einsatz von Reinigungsmittel insgesamt reduziert werden.

Bestellinformationen

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Sekusept™ PureClean Grifffflasche mit Dosierbeche	4 x 2 L	3080920
Sekusept™ PureClean Kanister	1 x 6 L	3080940

Anwendungsbereich

Zur manuellen Reinigung von medizinischen Instrumenten, einschließlich flexibler Endoskope und Zubehör, z. B. chirurgischer Instrumente und starrer Endoskope, MIC-Instrumente.

Gebrauchsanweisung

Je nach Art und Grad der Verschmutzung eine Lösung von 0,3 % (3 mL/L) – 1 % (10 mL/L) / 5 min in Wasser von mindestens Trinkwasserqualität herstellen. Das Instrument so eintauchen, dass alle Oberflächen vollständig benetzt sind.

Die Teile gemäß den Anweisungen des Geräteherstellers, einschließlich mechanischer Maßnahmen (z. B. Bürsten, Abwischen) reinigen, bis sie optisch sauber sind. Bei Verwendung in einem Ultraschallbad dieses während der Beschallung geschlossen halten. Mit Wasser von mindestens Trinkwasserqualität abspülen und die Außenflächen sowie inneren Kanäle (z. B. von Endoskopen) anschließend trocknen. Für die Enddesinfektion bitte entsprechend aufbereiten.

Inhaltsstoffe

Nichtionische Tenside, Komplexbildner, Stabilisatoren, pH-Regulator, Hilfsstoffe und Farbstoff.

Lagerung

Gefahrgut - beachten Sie die für den Gebrauch (erstellt nach den geltenden europäischen Vorschriften zur Einstufung und Kennzeichnung von chemischen Produkten). Lagerung: zwischen +5°C und +25°C.

Gutachten

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne die entsprechenden Zertifikate bereit.

Sichere verwendung von medizinprodukten

Lesen Sie die Hinweise und Informationen auf Etiketten und Produktdatenblatt.



NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.

CH REP

ECOLAB (SCHWEIZ) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Schweiz

ECOLAB EUROPE GmbH
Hofwiesenstrasse 349
CH-8050 Zurich
Schweiz

ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

ECOLAB®
PROTECTING WHAT'S VITAL™

© 2026 Ecolab USA Inc. All rights reserved. HC-IR-SEKU-5015-2-CHDE-0226

FS:17.12.2024

9789