# Anios'Clean Excel D

## Vordesinfizierender Reiniger für Instrumente

### Vordesinfizierender Reiniger für medizinische Instrumente

- Patentierte Formel
- Die Synergie abgestimmter Wirkstoffe in einer innovativen Kombination
- Nicht korrosiv, kompatibel mit einer Vielzahl von Materialien
- Geeignet für den Einsatz im Ultraschallbad
- Kompatibel mit daVinci® Surgical System-Instrumente

ECOLAB®
PROTECTING WHAT'S VITAL™

# Anios'Clean Excel D

Vordesinfizierender Reiniger für medizinische Instrumente

## Produkteigenschaften

- Klare, blaue Lösung
- pH-Wert des konzentrierten Produkts: min 6,5 - max 7,5
- pH-Wert nach Verdünnung (0,5%) in Leitungswasser: 7,4
- pH-Wert nach Verdünnung (0,5%) in weichem Wasser 7,6
- pH-Wert nach Verdünnung (0,5%) in demineralisiertem Wasser: 6,6

## Gebrauchsanweisung

Konzentrierte Lösung. Entlüften Sie die zugehörige Pumpe vor dem ersten Gebrauch. Zum Einweichen die erforderliche Verdünnung unter Einhaltung der Mindestkontaktzeit von 5 Minuten verwenden.




Tauchen Sie das medizinische Gerät vollständig ein. Halten Sie das Einweichbad während der Kontaktzeit bedeckt. Bei sichtbaren Verunreinigungen bürsten.

Die behandelten medizinischen Produkte gut mit Leitungswasser abspülen, um jegliche Produktrückstände und organischen Verunreinigen zu entfernen.




Die Lösung erneuern, wenn sie sichtbar verunreinigt ist, oder mindestens einmal arbeitstäglich, um die anhaltende Wirksamkeit des Produkts zu gewährleisten.

## Mikrobiologische Eigenschaften

| Wirksamkeit | Konzentration | Kontaktzeit |
|---|---|---|
| Bakterizid* gemäß EN 13727/EN 14561 | 0,5% | 5 min |
| Levurozid* gemäß EN 13624/EN 14562 | 0,5% | 15 min |
| Tuberkulozid* gemäß EN 14348/EN 14563 | 2,0% | 60 min |
| Begrenzt Viruzid gemäß EN 14476/EN 17111 | 0,5% | 15 min |
| Wirksam gegen Polyomavirus SV40* gemäß EN 14476/EN 17111 | 2% | 60 min |

*=hohe Belastung

## Verpackungs- und Bestellinformationen

| Produkt | Verpackungseinheit | Artikelnummer |
|---|---|---|
| Anios'Clean Excel D | 12 x 1 L Flaschen | 3119700 |
| Anios'Clean Excel D | 2 x 5 L | 3119740 |

## Anwendungsbereich

Reinigung und Desinfektion von Medizinprodukten: chirurgische und medizinische Instrumente, wärmeempfindliches Material und Endoskopieinstrumente vor der Sterilisation.

## Gebrauchsanweisung

1. Konzentrierte Lösung. Entlüften Sie die zugehörige Pumpe vor dem ersten Gebrauch. Zum Einweichen die erforderliche Verdünnung unter Einhaltung der Mindestkontaktzeit von 5 Minuten verwenden.
2. Tauchen Sie das medizinische Gerät vollständig ein. Halten Sie das Einweichbad während der Kontaktzeit bedeckt. Bei sichtbaren Verunreinigungen bürsten.
3. Die behandelten medizinischen Produkte gut mit Leitungswasser abspülen, um jegliche Produktrückstände und organischen Verunreinigen zu entfernen.
4. Die Lösung erneuern, wenn sie sichtbar verunreinigt ist, oder mindestens einmal täglich, um die anhaltende Wirksamkeit des Produkts zu gewährleisten.

## Inhaltsstoffe

Didecyldimethylammoniumchlorid, Chlorhexidindigluconat, nichtionische Tenside, Duftstoff, Farbstoff, Hilfsstoffe.

## Lagerung

Gefährlich - Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch (erstellt gemäß den geltenden europäischen Vorschriften für die Einstufung und Kennzeichnung chemischer Produkte). Lagerung: zwischen +5°C und +25°C.

## Gutachten

Medizinprodukt. Die vollständige antimikrobielle Aktivität von Anios'Clean Excel D ist im wissenschaftlichen Dossier enthalten. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachten zur Verfügung.

## Medizinprodukte sicher verwenden

Bitte lesen Sie die Hinweise und Informationen auf dem Etikett und dem Produktdatenblatt.




*NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.*

CE 0459

**LABORATOIRES ANIOS**
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

CH REP

**ECOLAB (SCHWEIZ) GmbH**
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Schweiz

**ECOLAB EUROPE GmbH**
Hofwiesenstrasse 349
CH-8050 Zurich
Schweiz

ECOLAB®
PROTECTING WHAT'S VITAL™

© 2026 Ecolab. USA Inc. All rights reserved. HC-IR-A.CXLD-5014-3-CHDE-0326 2416EXA11

9938